



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Settore del Patrimonio Immobiliare, Procedure e bandi per acquisti sotto soglia Pubblici Appalti – Me.P.A.

CHIARIMENTO N. 1 DEL 17.12.2019

Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. b), e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico di Esperto Qualificato, Esperto in Fisica ed Esperto Fisico in Risonanza Magnetica dell'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara per il triennio 2020 – 2022

In riferimento alla nota mail di richiesta chiarimenti di una ditta partecipante, si riportano le risposte a cura del RUP

Quesito:

1. E' ammessa la partecipazione alla procedura di una società costituita nella forma di SRL, il cui oggetto sociale includa l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e nel cui organico vi sia un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.2. del Disciplinare?
2. Nel caso di risposta affermativa al quesito 1, il CV e la relazione descrittiva di cui all'art. 15.2 del Disciplinare deve essere riferita al soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.2. del Disciplinare che espletterà l'incarico?
3. I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.3. del Disciplinare sono cumulativi o alternativi?
4. Ai sensi del Disciplinare di gara (Sezione II- oggetto dell'Appalto-II.1 Entità dell'appalto- II.1.4 Breve descrizione) rientrano nell'oggetto dell'appalto le radiazioni elettromagnetiche e le radiazioni ottiche artificiali secondo il D.Lgs. 81/08, mentre nell'art.2 del capitolato tecnico non sono elencate sorgenti di questo tipo (ad eccezione della RM). Si chiede di precisare in che termini Radiazioni ottiche artificiali e Radiazioni elettromagnetiche rientrano nell'oggetto dell'appalto.
5. In merito al carico di lavoro esplicitato nell'Art. 2 del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare il tipo e le caratteristiche delle apparecchiature RM Varian e Oxford ubicate presso il Dipartimento di Farmacia, per le quali si ritiene erroneamente indicato il valore di campo magnetico (rispettivamente di 0,2 T e 0,3 T).
6. Si richiede di precisare che le normative relative alla Risonanza Magnetica indicate nell'art.1 del Disciplinare di Gara devono intendersi aggiornate alla luce del D.M. 10 agosto 2018.

1

Risposte:

- 1) per il primo punto "E' ammessa la partecipazione alla procedura di una società costituita nella forma di SRL, il cui oggetto sociale includa l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e nel cui organico vi sia un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.2. del Disciplinare?"- la risposta è SI.;

*Il Responsabile del Settore Patrimonio
Immobiliare, Procedure e bandi per
acquisti sotto soglia Pubblici Appalti –
Me.P.A.
Sig.ra Lorella MARINO*

*Il Dirigente Area Programmazione Economica
Bilancio, Patrimonio e Controllo Gestione
Dott. Andrea ARCANGELI*

*Il Responsabile
Area Gestione del Patrimonio
Ing. Emilia SIMONE*



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Settore del Patrimonio Immobiliare, Procedure e bandi per acquisti sotto soglia Pubblici Appalti – Me.P.A.

- 2) per il secondo punto "Nel caso di risposta affermativa al quesito 1, il CV e la relazione descrittiva di cui all'art. 15.2 del Disciplinare deve essere riferita al soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.2. del Disciplinare che espletterà l'incarico" - la risposta è **SI**;
- 3) per il terzo punto "I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.3. del Disciplinare sono cumulativi o alternativi?" - la risposta è **ALTERNATIVI**;
- 4) per il quarto punto "Ai sensi del Disciplinare di gara (Sezione II - oggetto dell'Appalto - II.1Entità dell'appalto - II.1.4 Breve descrizione) rientrano nell'oggetto dell'appalto le radiazioni elettromagnetiche e le radiazioni ottiche artificiali secondo il D.Lgs. 81/08, mentre nell'art.2 del capitolato tecnico non sono elencate sorgenti di questo tipo (ad eccezione della RM). Si chiede di precisare in che termini Radiazioni ottiche artificiali e Radiazioni elettromagnetiche rientrano nell'oggetto dell'appalto." - la risposta è **DOVRANNO RIENTRARE NEL CASO DI INSTALLAZIONI DI NUOVE APPARECCHIATURE**;
- 5) per il quinto punto "In merito al carico di lavoro esplicitato nell'Art. 2 del Capitolato Tecnico, si chiede di precisare il tipo e le caratteristiche delle apparecchiature RM Varian e Oxford ubicate presso il Dipartimento di Farmacia, per le quali si ritiene erroneamente indicato il valore di campo magnetico (rispettivamente di 0,2T e 0,3T)." - la risposta è **IL VALORE CORRETTO DELLE RISONANZE MAGNETICHE SONO RISPETTIVAMENTE DI 4,7 T e 7 T**;
- 6) per il sesto punto "Si richiede di precisare che le normative relative alla Risonanza Magnetica indicate nell'art.1 del Disciplinare di Gara devono intendersi aggiornate alla luce del D.M. 10 agosto 2018." - la risposta è **SI COME RIPORTATO NELL'ULTIMO COMMA DELL'INDICATO ART.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA**.

Il Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Procedure e bandi per acquisti sotto soglia Pubblici Appalti – Me.P.A.
Sig.ra Lorella MARINO

Il Dirigente Area Programmazione Economica Bilancio, Patrimonio e Controllo Gestione
Dott. Andrea ARCANGELI

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio
Ing. Emilia SIMONE